

7.	Stent periférico autoexpansível em nitinol para angioplastia de carótida. Compatível com introdutor 5F e fio guia 0,014". Sistema de entrega com 135cm, diâmetros de 6 a 10mm e comprimento a partir de 20mm.	50	Cancelado por inexistência de proposta	
8.	Stent periférico autoexpansível em nitinol. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 4F e fio guia 0,018". Tamanho: 3.0mmx20mm, 3.0mmx40mm, 3.0mmx60mm, 3.0mmx80mm, 4.0mmx20mm, 4.0mmx40mm, 4.0mmx60mm, 4.0mmx80mm, 5.0mmx20mm, 5.0mmx40mm, 5.0mmx60mm, 5.0mmx80mm, com comprimento utilizável do cateter a partir de 80cm.	50	R\$4.000,00	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
9.	Stent periférico autoexpansível em nitinol. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 4F e fio guia 0,018". Tamanho: 6.0mmx20mm, 6.0mmx40mm, 6.0mmx60mm, 6.0mmx80mm, com comprimento utilizável do cateter a partir de 80cm.	50	R\$4.000,00	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
10.	Stent periférico autoexpansível em nitinol. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 6 a 8F e fio guia 0,035. Tamanho: diâmetros de 12mm e comprimentos de 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm e 150mm.	50	Cancelado na aceitação	
11.	Stent periférico autoexpansível em nitinol. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 6 a 8F e fio guia 0,035. Tamanho: diâmetros de 14mm e comprimentos de 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm e 150mm.	50	Cancelado na aceitação	
12.	Stent periférico autoexpansível em nitinol. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 6 a 8F e fio guia 0,035. Tamanho: diâmetros de 16mm e comprimentos de 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm e 150mm.	50	Cancelado por inexistência de proposta	
13.	Stent periférico autoexpansível em nitinol. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 6 a 8F e fio guia 0,035. Tamanho: diâmetros de 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm e comprimentos de 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm e 150mm.	50	R\$3.411,50	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

14.	Stent periferico autoexpansível. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 6 a 8F e fio guia 0,035. Tamanho: 6.0mmx30mm, 6.0mmx40mm, 6.0mmx60mm, 6.0mmx80, 6.0mmx100mm, 6.0mmx120mm, 6.0mmx150mm, 7.0mmx30mm, 7.0mmx40mm, 7.0mmx60mm, 7.0mmx80mm, 7.0mmx100mm, 7.0mmx120mm, 7.0mmx150mm, 8.0mmx30, 8.0mmx40mm, 8.0mmx60mm, 8.0mmx80mm, 8.0mmx100mm, 8.0mmx120mm, 8.0mmx150mm, 9.0mmx30mm, 9.0mmx40mm, 9.0mmx60mm, 9.0mmx80mm, 9.0mmx100mm, 10.0mmx30mm, 10.0mmx40mm, 10.0mmx60mm, 10.0mmx80mm, 10.0mmx100mm, com comprimento utilizavel do cateter a partir de 80cm.	50	R\$3.411,50	VITTAL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
15.	Stent periferico autoexpansível. Over-the-wire (OTW). Compatível com introdutor 6 a8F e fio guia 0,035. Tamanho: 12.0mmx30mm, 12.0mmx40mm, 12.0mmx60mm, 12.0mmx80mm, com comprimento utilizavel do cateter a partir de 80cm.	50	Cancelado na aceitação	

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/FHCGV/2016: R\$ 1.056.219,00 (Um milhão cinquenta e seis mil duzentos e dezenove reais). Belém/PA, 29 de abril de 2016. Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Ordenadora Responsável

Protocolo 956620

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/ FHCGV/2016

OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual de Marcapasso Temporário, por um período de 12 (doze) meses, na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV). EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
1.	Kit para eletrodo cardíaco temporário,contendo “fio de marcapasso” medindo aproximadamente 110cm de comprimento, calibre de 6Fr, bipolar, para marcapasso transvenoso, com protetor tipo “camisinha”, e devendo apresentar medida indicativa a cada 10cm de comprimento; agulha de punção venosa profunda; fio guia; dilatador + introdutor valvulado.	300	Cancelado na aceitação	

2.	Kit para eletrodo cardíaco temporário,contendo “fio de marcapasso” medindo aproximadamente 110cm de comprimento, calibre de 5Fr, bipolar, para marcapasso transvenoso, com protetor tipo “camisinha”, e devendo apresentar medida indicativa a cada 10cm de comprimento; agulha de punção venosa profunda; fio guia; dilatador + introdutor valvulado.	100	Cancelado na aceitação
----	--	-----	------------------------

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/FHCGV/2016: Pregão Eletrônico fracassado. Belém/PA, 29 de abril de 2016. Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Ordenadora Responsável

Protocolo 956622

OUTRAS MATÉRIAS

Decisão da Ilma. Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, nos autos do **Processo Administrativo Disciplinar - Processo nº 2016/36439**, movido em face da conduta da servidora **NISIA DE NAZARE DE ALMEIDA CHAVES MIYAKE**. Vistos, relatados, etc. os presentes autos, verifiquei que: Após análise dos autos e da manifestação jurídica proferida pela ASJUR/FPEHCGV, restou evidenciada a ausência de conduta irregular por parte da servidora. ISTO POSTO, com fulcro no art. 201,Inciso I, do Regime Jurídico Único, aplicado por analogia, esta Presidência resolve: 1 - Acatar o parecer da ASJUR às fls. 86, adotando suas razões para decidir, a qual sugeriu o arquivamento dos autos; 2 - Remetam-se os autos a Secretaria do Gabinete desta Presidência para publicação e arquivo. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém (PA), 29 de abril de 2016. Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Diretora Presidente/FHCGV

Protocolo 957101

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº do Contrato: 033/2015 Proc. nº: 2015/438.126 Nº. do termo: 1º Data de Assinatura: 15/04/2016 Justificativa: motivado pelo período de intensas chuvas na região, fundamentado no art.57 da Lei nº. 8.666/93. Inic. de Vig.: 12/05/2016 T. Vig: 08/09/2016 Prazo: 120 dias CONTRATADO Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA TRIENG CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ n.º 18.212.556/0001-07 CEP: 68.087-810 Logradouro: Av. Dr Freitas, 4º andar, sala 201 A Bairro: Pedreira Cidade: Belém UF: PA Nº.: 2408 ORDENADOR Nome: HÉLIO NUNES CARDOSO - SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTES.

Protocolo 956718