

ITEM	Descrição	Marca/Modelo	Quant	Valor UnitárioR\$
27	FILTRO DIALISADOR, PARA APARELHO DE HEMODIÁLISE, 17ML:DE USO ÚNICO, ALTO FLUXO, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE 0.2M², FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, PARA USO EM HEMODIÁLISE DE BAIXO PESO CORPORAL. MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO. EMBALAGEM PRIMÁRIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Fresenius Medical Care	1.000	90,86
28	FILTRO DIALISADOR, PARA APARELHO DE HEMODIÁLISE, 42ML:DE USO ÚNICO, ALTO FLUXO, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE 0.7M², FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA PARA USO EM HEMODIÁLISE, BIOCOMPATÍVEL, MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO. EMBALAGEM PRIMÁRIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Fresenius Medical Care	2.500	41,90
30	FILTRO DIALISADOR, PARA APARELHO DE HEMODIÁLISE, 74ML:DE USO ÚNICO, ALTO FLUXO, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE 1.3M², FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA PARA USO EM HEMODIÁLISE, BIOCOMPATÍVEL, MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO. EMBALAGEM PRIMÁRIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Fresenius Medical Care	1.500	41,90

VALIDADE: DE 01/03/2019 ATÉ 28/02/2020

ORDENADOR RESPONSÁVEL: MANOEL EDUARDO AMORAS GONÇALVES
Protocolo: 411809**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº81/2018/FSCMP.
PROCESSO: 504

Protocolo: 2018/448984

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR (HEMODIÁLISE) para atender as necessidades da FSCMP, pelo período de 12(DOZE) meses. FORNECEDOR: DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º20.442.743/0001-29, classificado em 1º lugar no certame supracitado para o Grupo 3 do Termo de Referência (anexo I do Edital).

Item	Descrição	Marca	Quant	Valor UnitárioR\$
GRUPO 3 (Item 5)	EQUIPO DESCARTÁVEL, DE LINHA EXTRA CORPORAL, VENOSA, BABY: LINHA VENOSA NEONATAL- LINHA DE SANGUE VENOSA PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA. PONTO DE INFUSÃO, GOTEJADOR, FILTRO, MATERIAL PVC ATÓXICO, COM CONECTOR LUER LOCK MACHO, CONECTOR FILTRO DIALISADOR, AZUL, LUER LOCK FEMEA E CLAMPS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA LINHA ARTERIAL.	DIALINE	1000	31,00
GRUPO 3 (Item 6)	EQUIPO DESCARTÁVEL, DE LINHA EXTRA CORPORAL, ARTERIAL, BABY: LINHA ARTERIAL NEONATAL- LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA NEONATAL, SEGMENTO DE BOMBA 4.0 OU 4.4MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC, COM CONECTOR LUER LOCK E CLAMPS. PONTO DE INFUSÃO DE SORO, PONTO DE INFUSÃO DE HEPARINA, PONTO PARA MEDIR PRESSÃO DA BOMBA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA LINHA VENOSA.	DIALINE	1000	31,00

VALIDADE: DE 01/03/2019 ATÉ 28/02/2020

ORDENADOR RESPONSÁVEL: MANOEL EDUARDO AMORAS GONÇALVES
Protocolo: 411804**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº81/2018/FSCMP.

PROCESSO: 504

Protocolo: 2018/448984

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR (HEMODIÁLISE) para atender as necessidades da FSCMP, pelo período de 12(DOZE) meses. FORNECEDOR: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ n.º19.769.575/0001-00, classificado em 1º lugar no certame supracitado para o Grupo 1, Grupo 2, Grupo 4 e Item 29 do Termo de Referência (anexo I do Edital).

ITEM	Descrição	Marca	Quant	Valor Unitário R\$
GRUPO 1 (Item 1)	EQUIPO DESCARTÁVEL, DE LINHA ARTERIAL, PARA CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPORAL, ADULTO: DE USO ÚNICO, 8MM, ESTÉRIL, SEM CATÁBOLHA, DEVERÁ POSSUIR TRAVA MACHO PARA FIXAÇÃO SEGURA DA AGULHA DE FÍSTULA E CONEXÃO NA ENTRADA DO DIALISADOR E CONECTOR DE FILTRO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO, INJETOR LATERAL COM MEMBRANAS AUTO-CICATRIZANTES PARA CONEXÃO DO ISOLADOR ARTERIAL E OUTRO PARA O EQUIPO DE SORO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA E INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA LINHA VENOSA.	LIFEMED	4300	6,90
GRUPO 1 (Item 2)	EQUIPO DESCARTÁVEL, DE LINHA VENOSA, PARA CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPORAL, ADULTO: DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, DEVERÁ POSSUIR TRAVA MACHO PARA FIXAÇÃO SEGURA DA AGULHA DE FÍSTULA E CONEXÃO NA ENTRADA DO DIALISADOR E CONECTOR DE FILTRO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO, CATÁBOLHA DEVE SER FLEXÍVEL E RESISTENTE, EJETOR LATERAL COM MEMBRANAS AUTO-CICATRIZANTES. A EMBALAGEM PRIMÁRIA E INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA LINHA ARTERIAL.	LIFEMED	4300	6,25
GRUPO 2 (Item 3)	EQUIPO DESCARTÁVEL, DE LINHA, PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA VENOSA, INFANTIL: LINHA VENOSA PEDIÁTRICA- LINHA DE SANGUE VENOSA PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICA. PONTO DE INFUSÃO, GOTEJADOR, FILTRO, MATERIAL PVC ATÓXICO, COM CONECTOR LUER LOCK MACHO, CONECTOR FILTRO DIALISADOR, AZUL, LUER LOCK FEMEA E CLAMPS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA LINHA ARTERIAL.	FORTECARE	4000	15,49
GRUPO 2 (Item 4)	EQUIPO DESCARTÁVEL, DE LINHA, PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, ARTERIAL, INFANTIL: LINHA ARTERIAL PEDIÁTRICA- LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICA, SEGMENTO DE BOMBA 6.0 OU 6.4MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC COM CONECTOR LUER LOCK E CLAMPS, PONTO DE INFUSÃO DE SORO, PONTO DE INFUSÃO DE HEPARINA, PONTO DE MEDIR PRESSÃO PRÉ BOMBA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DA LINHA VENOSA.	FORTECARE	4000	15,49
GRUPO 4 (Item 7)	EQUIPO DESCARTÁVEL, PARA DIÁLISE PERITONIAL NEONATAL: EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA DO LÍQUIDO DE DIÁLISE PERITONEAL DO FRASCO DO CATETER PARA A CAVIDADE ABDOMINAL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM DUAS BURETAS (150ML CADA) SENDO UMA PARA INFUSÃO E OUTRA PARA DRENAGEM DA SOLUÇÃO, DEVERÁ POSSUIR EXTENSÃO PARA DRENAGEM EM (Y), COM 5 VIAS, CLAMPS, TAMPAS E BOLSA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. OBS: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO UNIVERSAL E COM A BOLSA DE SOLUÇÃO DE DIÁLISE PERITONIAL.	FRESENIUS	400	323,98