

3.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA, no tamanho 23 ou 24mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO	11.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO MITRAL, no tamanho 29 ou 30mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
4.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA, no tamanho 25 ou 26mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO	12.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO MITRAL, no tamanho 31 ou 32mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
5.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA, no tamanho 27 ou 28mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO	13.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO MITRAL, no tamanho 33 ou 34mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
6.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA, no tamanho 29 ou 30mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO	14.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO MITRAL, no tamanho 35 ou 36mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA
7.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA, no tamanho 31 ou 32mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	20	CANCELADO NA ACEITAÇÃO	15.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA AÓRTICA tamanho 17 ou 18mm: com área do orifício geométrico não superior a 1,87cm ² . Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
8.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA, no tamanho 33 ou 34mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	20	CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA	16.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA AÓRTICA tamanho 19 ou 20mm: com área do orifício geométrico não superior a 2,39cm ² . Medidor compatível, em comodato	16	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
9.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO MITRAL, no tamanho 25 ou 26mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO	17.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA AÓRTICA tamanho 21 ou 22mm: com área do orifício geométrico não superior a 2,90cm ² . Medidor compatível, em comodato	20	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
10.	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO MITRAL, no tamanho 27 ou 28mm; Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. Medidor compatível, em comodato	30	CANCELADO NA ACEITAÇÃO	18.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA AÓRTICA tamanho 23 ou 24mm: com área do orifício geométrico não superior a 3,45cm ² . Medidor compatível, em comodato	20	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				19.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA AÓRTICA tamanho 25 ou 26mm: com área do orifício geométrico não superior a 4,02cm ² . Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				20.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA AÓRTICA tamanho 27 ou 28mm: com área do orifício geométrico não superior a 4,69cm ² . Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				21.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA AÓRTICA tamanho 29 ou 30mm: com área do orifício geométrico não superior a 5,44cm ² . Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				22.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA MITRAL tamanho 23 ou 24mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura próximos a 85 graus. Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				23.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA MITRAL tamanho 25 ou 26mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura próximos a 85 graus. Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				24.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA MITRAL tamanho 27 ou 28mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura próximos a 85 graus. Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				25.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA MITRAL tamanho 29 ou 30mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura próximos a 85 graus. Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				26.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA MITRAL tamanho 31 ou 32mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura próximos a 85 graus. Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO
				27.	VÁLVULA CARDÍACA MECÂNICA MITRAL tamanho 33 ou 34mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura próximos a 85 graus. Medidor compatível, em comodato	10	CANCELADO NA ACEITAÇÃO