

21	ASPIRADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ADULTO. ASPIRADOR CIRÚRGICO COM PONTEIRAS RÍGIDAS EM FORMATO APROPRIADO PARA POSSIBILITAR A ASPIRAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL DESCARTÁVEL, ACOPLADO À UMA EXTENSÃO EM MATERIAL PVC FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO RETO. PONTEIRA RÍGIDA PARA CIRURGIAS EM GERAL; ORIFÍCIOS ANTICOAGULANTES; CONEXÕES PARA ADAPTAÇÃO; ESTÉRIL. , COMPOSIÇÃO: BICO DE ASPIRAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC CRISTAL ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 3 METROS; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO.	1.000	R\$24,99	F. CARDOSO & CIA LTDA								

22	ASPIRADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL INFANTIL ASPIRADOR CIRÚRGICO COM PONTEIRAS RÍGIDAS EM FORMATO APROPRIADO PARA POSSIBILITAR A ASPIRAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL DESCARTÁVEL, ACOPLADO À UMA EXTENSÃO EM MATERIAL PVC FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO RETO. PONTEIRA RÍGIDA PARA CIRURGIAS EM GERAL; ORIFÍCIOS ANTICOAGULANTES; CONEXÕES PARA ADAPTAÇÃO; ESTÉRIL. , COMPOSIÇÃO: BICO DE ASPIRAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC CRISTAL ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 3 METROS; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO.	300	03 Licitantes; 02 recusas por não conformidade com a amostra apresentada, entregue para perfil de paciente diferente do solicitado; 01 recusa recusas por não apresentar qualificação técnica total ou parcial.				
23	TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA HIV1/2 - BIO - MANGUINHOS	60	Solicitado pelo serviço requisitante o cancelamento do item em função de ser abastecido pela SESPA.				
24	TUBO PARA COLETA DE SANGUE COM ANTICOAGULANTE EDTA K3 DE 4ML, EM PLÁSTICO, COM TAMPA VEDANTE (EM SISTEMA A VÁCUO) EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	3.000	R\$56,66	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
25	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL	500	06 Licitantes, 06 recusas por não apresentar qualificação técnica total ou parcial.				
26	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILA E ORAL, CORPO DE MATERIAL ATÓXICO, APRESENTAR BOTÃO DE LIGAR E DESLIGAR, COM MEMÓRIA INTERNA, APRESENTAR ALARMES DE SEGURANÇA, APRESENTAR DISPLAY DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, TEMPO DE MEDIÇÃO EM MÉDIA 05 A 20 SEGUNDOS.	600	R\$16,00	PARAMED DIST. MED. LTDA			
27	TUBO DE SILICONE Nº 204 (6X12 MM) DE GRAU FARMACÊUTICO, DUREZA DE 60 SHORE A, ATÓXICO. 15 METROS	160	R\$150,00	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA			
28	CAL SODADA EM PILULAS (4,5KG): CAL SODADA ABSORVENTE DE CO2, GRANULADA, BRANCA, ISENTA DE HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) E HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH), PARA APARELHOS DE ANESTESIA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR A FISQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA.	60	R\$171,00	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
29	SONDA PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS, SILICONE, ESTÉRIL, NÃO PIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE PEDIÁTRICO	10.000	R\$1,97	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
30	SONDA PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS, SILICONE, ESTÉRIL, NÃO PIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE ADULTO	15.000	R\$1,20	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			

LOTE I							
31	FILTRO DE VENTILADOR PULMONAR BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, ESTÉRIL, USO ADULTO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. ISENTA DE LÁTEX. DEVENDO CONTER MEMBRANA HIDROFÓBICA COM BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO AÉREO; EFICIÊNCIA BACTERIANA VIRAL DE 99,99%. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	5.630	07 Licitantes, 05 recusas por não apresentar qualificação técnica total ou parcial, 01 recusa por não apresentar amostra, 01 recusa por amostra em não conformidade.				
32	FILTRO UMIDIFICADOR CONDENSADO HIGROSCÓPICO ADULTO - FILTRO TIPO BARREIRA DE BACTÉRIAS E VÍRUS, MODELO TROCA DE CALOR E UMIDADE, MEMBRANA UNIDIRECIONAL, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, COMPATIBILIDADE DE SAÍDA PARA CAPNÓGRAFO, TRAQUEIA COM MEMÓRIA EM POLIPROPILENO CORRUGADA, FLEXÍVEL, RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 13CM DE COMPRIMENTO ABERTA E 7CM FECHADA, CONEXÃO REGULANDO DE 15 A 22MM. CONECTAR A TRAQUEIA AO FILTRO E ESTE AO CONECTOR DO CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO.	5.630	07 Licitantes, 05 recusas por não apresentar qualificação técnica total ou parcial, 01 recusa por não apresentar amostra, 01 recusa por amostra em não conformidade.				