

3.	CONJUNTO DE CEC INFANTIL (1): Kit Cânulas Neonato; Reservatório Venoso: Capacidade para volumes entre 0,4 a 1,0 litro, Escala volumétrica, Entrada venosa 1/4", Saída do reservatório venoso 1/4", Entrada do sangue aspirado 1/4", Entrada para recirculação, Tomada de amostra venosa Tipo LuerLock, Tomada de temperatura, Válvula de segurança e reservatório selado para utilização de drenagem venosa assistida a vácuo; Conjunto de Tubos: Linha arterial 3/16" e ou 1/4" (desde que contenha conectores para adaptação ao circuito), Linha venosa dupla 3/16" e ou 1/4" cada, Tronco da cava dupla 1/4", Cava única 1/4", Linha de rolete arterial 3/16" e ou 1/4" em cada extremidade (desde que contenha conectores para adaptação ao circuito), Linhas aspiradoras de 1/4", Linha de oxigênio 1/4" com filtro de gases, Linha de recirculação, Linha(s) de pressão e conectores para as adaptações necessárias ao circuito neste modelo; Oxigenador de Membrana: Entrada venosa 3/16" ou 1/4" (desde que seja respectivo ao conjunto de tubos e ou contenha conectores para adaptação ao circuito), Saída arterial 3/16" ou 1/4" (desde que seja respectivo ao conjunto de tubos e ou contenha conectores para adaptação ao circuito), Entrada de gás 1/4", Saída para recirculação, Tomada de temperatura, Tomada de amostra arterial Tipo LuerLock, Capacidade de fluxo sanguíneo máximo entre 1,0 a 1,8 L/min e priming de até 70 ml; Trocador de Calor: Acoplado ao oxigenador de membrana ou reservatório venoso, com entrada e saída para mangueiras de água 1/2"; Sistema de Cardioplegia: Tipo Cristalóide, Capacidade para volumes entre 0,4 a 1,0 litro, Permutador de calor, Reservatório de escala volumétrica e via para leitura de pressão; Hemoconcentrador: Cilíndrico, Entrada e saída de sangue, Saída de solutos, Tubos e linhas de conexões apropriados para o modelo e priming de até 30 ml.	100	CANCELADO NO JULGAMENTO
4.	CONJUNTO DE CEC INFANTIL (2): Kit Cânulas Infantil; Reservatório Venoso: Capacidade para volumes entre 1,5 e 3,8 litros, Escala volumétrica. Entrada venosa 3/8", Saída do reservatório venoso 1/4" ou 3/8" (desde que contenha conectores para adaptação ao circuito), Entrada do sangue aspirado 1/4", Entrada para recirculação, Tomada de amostra venosa Tipo LuerLock, Tomada de temperatura, Válvula de segurança e reservatório selado para utilização de drenagem venosa assistida a vácuo; Conjunto de Tubos: Linha arterial 1/4", Linha venosa dupla 1/4" cada, Tronco da cava dupla 3/8", Cava única 3/8", Linha de rolete arterial 1/4" em cada extremidade, Linhas aspiradoras de 1/4", Linha de oxigênio 1/4" com filtro de gases, Linha de recirculação, Linha(s) de pressão e conectores para as adaptações necessárias ao circuito neste modelo; Filtro de Linha Arterial: Entrada e saída 1/4" ou 3/8" (desde que contenha conectores para esta adaptação ao circuito), Saída de bolhas e recirculação. Ou filtro arterial integrado ao oxigenador de membrana; Oxigenador de Membrana: Entrada venosa 1/4" ou 3/8" (desde que seja respectivo ao conjunto de tubos e ou contenha conectores para adaptação ao circuito), Saída arterial 1/4" ou 3/8" (desde que seja respectivo ao conjunto de tubos e ou contenha conectores para esta adaptação ao circuito), Entrada de gás 1/4", Saída para recirculação, Tomada de temperatura, Tomada de amostra arterial Tipo LuerLock, Capacidade de fluxo sanguíneo máximo entre 2,0 a 4,0 L/min e priming de até 220 ml; Trocador de Calor: Acoplado ao oxigenador de membrana ou reservatório venoso, com entrada e saída para mangueiras de água 1/2"; Sistema de Cardioplegia: Tipo Cristalóide, Capacidade para volumes entre 0,4 a 1,5 litros, Permutador de calor, Reservatório de escala volumétrica e via para leitura de pressão; Hemoconcentrador: Cilíndrico, Entrada e saída de sangue, Saída de solutos, Tubos e linhas de conexões apropriados para o modelo e priming de até 40 ml.	140	CANCELADO NO JULGAMENTO

MÁQUINA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, em comodato: Máquina de CEC: Deve conter quatro (ou mais) bombas Roletes integrados ou módulos individuais, com ajuste de oclusão central dos roletes, calibração simétrica ou microcalibração mecânica, Display de controle de fluxo sanguíneo (L/min e L/min/m) para tubos de 1/2", 3/8", 1/4" e RPM (rotações por minuto), controle de velocidade dos roletes, manivelas apropriadas para o funcionamento manual dos roletes na falta de energia elétrica, bateria e ou qualquer comprometimento do bom funcionamento destes durante a CEC. Bandeja para acomodação dos tubos estéreis de CEC. Hastes para o devido acoplamento dos respectivos suportes, com ou sem lâmpada para iluminação do oxigenador. Se a máquina de CEC possuir bateria, esta deve conter ativação instantânea dos módulos de roletes na falta de energia elétrica. Bomba d'água (trocador de calor): Acoplada a máquina de CEC e ou independente, display de controle, ajuste, leitura e monitorização de temperatura da água, alarme audiovisual de altas temperaturas. Mangueiras apropriadas para a circulação de água. Cronômetro: Acoplado a máquina de CEC ou individual. Módulo de Cardioplegia: Deve conter rolete(s) de autoajuste dos tubos e ou com calibração simétrica ou microcalibração mecânica. Bomba d'água (trocador de calor) acoplada. Display de controle, leitura e monitoramento de temperatura da água e os respectivos suportes para o uso do Sistema de Cardioplegia, como reservatório de Cardioplegia, permutador de calor e afins. Mangueiras apropriadas para a circulação de água. Suportes: Respetivos para os sistemas e circuitos utilizados na CEC: (Sistema de Cardioplegia, Reservatório de Cardiotomia, Reservatório Venoso de sangue, Oxigenador de Membrana, Filtro de Linha Arterial e Hemoconcentrador), adequados e compatíveis com os componentes do circuito de CEC, para os respectivos materiais utilizados em pacientes adultos, pediátricos, infantis e neonatos. Blender (Misturador de Gases): Deve conter suporte acoplado, seletor de oxigênio (%), fluxômetro(s) de graduação mínima e máxima, adequado(s) para o uso em pacientes neonatos, infantis, pediátricos e adultos. Entrada de ar comprimido e entrada de oxigênio. Mangueira de ar comprimido e mangueira de oxigênio.	01		
--	----	--	--

Belém/PA, 29 de Abril de 2021.

Ivete Gadelha Vaz

Ordenadora Responsável

Protocolo: 650464

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 36/FHCGV/2021

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição eventual de travessieiros hospitalares com capas impermeáveis, rolos para posicionamento e protetores/posicionadores de calcanhar para que sejam utilizados no reposicionamento adequado no leito dos pacientes acamados e com alto risco de lesão por pressão nas unidades de Terapia Intensiva adulto, Unidade Coronariana, SAT e unidades de Internação Clínica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPHCGV).

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
1.	TRAVESSEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, anti-ácaro, feito em material antialérgico, sem zíper, costura dupla reforçada, Estrutura ergonômica; Composto por espuma em flocos de alta qualidade; Densidade da Espuma: D33; Revestido com couvin; Peso máximo suportado: 140 kg. Medindo aproximadamente 50 x 70cm.	200		CANCELADO NO JULGAMENTO
2.	ROLO TIPO MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO, anti-ácaro, feito em material antialérgico, revestido em couvin de boa qualidade, azul claro, espuma densidade D33, medindo aproximadamente (CxLxA) 60x26x17. Peso suportado aproximadamente 130 kg.	60		CANCELADO NO JULGAMENTO
3.	Protetor/posicionador de calcanhar em espuma de Poliuretano, tipo caixa de ovo, densidade 33, com fecho em velcro, medindo 20 cm X 20 cm X 10 cm.	1000	R\$ 23,90	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 36/FHCGV/2021:

R\$ 23.900,00 (Vinte e três mil e novecentos reais).

Belém/PA, 29 de Abril de 2021.

Ivete Gadelha Vaz

Ordenadora Responsável

Protocolo: 650472