

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT	APRES.	MARCA	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	PACOTE TESTE PLUS BOWIE & DICK: Pacote teste para verificação da eficiência da bomba de vácuo de autoclaves, de acordo com a ISO 11140-1 e ISO 11140 partes 5, constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não tecido descartável e fechado por um rótulo indicador que indica a exposição ao vapor. A folha de teste principal consiste de um indicador químico impresso em um padrão diagonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendendo entre o marrom escuro e a cor preta. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda de cor amarela para os espectros de cores compreendidos entre marrom escuro e a cor preta, quando detectado qualquer falha na bomba de vácuo.	1.400	UND	BOWIE & DICK	MAXXIMED	R\$ 8,50	R\$ 11.900,00
VALOR TOTAL:							R\$ 11.900,00

* O valor global estimado desta Ata é R\$ 11.900,00 (Onze mil e novecentos reais).

DRA IVETE GADELHA VAZ
ORDENADORA RESPONSÁVEL.

Protocolo: 713180

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 192/2021/FHCGV

Ata de Registro de Preços Nº 192/2021, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2021/FHCGV, Processo nº 2020/1006986, homologado pela Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 16/09/2021.

OBJETO: Aquisição eventual de Produtos para Saúde (PPS) utilizados na Central de Material e Esterilização, com equipamentos em comodato para atender as necessidades da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e da Clínica de Hemodiálise Monteiro Leite, por um período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: 04/10/2021 A 03/10/2022.

EMPRESA: DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.794.158/0003-69, Inscrição Estadual nº 373.062.106.117, com sede na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 245, Cidade da Saúde, Itapevi/SP, CEP: 06.693-120.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	APRES.	MARCA	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	INTEGRADOR QUÍMICO: Indicador químico tipo integrador, por mudança de limite/movimento frontal, onde durante a esterilização a substância química funde e migra como um líquido através da mecha de papel, tipo 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, composto de uma tira de papel e um comprimido químico sensível a temperatura, tempo e vapor, acondicionados em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do Bacilo Stearothermophilus. A embalagem deverá contemplar 03 (três) valores declarados: 121°C, 135° e uma temperatura intermediária correlacionadas com o tempo de morte do bacilo, e na temperatura de 121° deverá reagir a partir de 16,5 min. A mudança de limite é visível através da janela identificada por reject/rejeitado, e deverá atingir a área chamada de accept/aceito, se todas as condições necessárias para destruição de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas	57.000	UND	IQS STERILEX	STERILEX	R\$ 0,50	R\$ 28.500,00
03	PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA SUPER-RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO: Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura super-rápida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa de 20 minutos a 50 minutos, por método de fluorescência e um Integrador Químico tipo 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biológico deverá ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A câmara contendo os esporos deverá estar acondicionada em uma ampola plástica transparente e termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos micro-organismos, dispositivo para quebra da ampola e material de não tecido. A etiqueta presente na ampola contém nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico de exposição estão incluídos dentro do pacote. O Integrador Químico tipo 5 deve ter leitura de resultado através de mudança de limite. Deverá acompanhar ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que deverá mudar de cor a fim de diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. Deverá acompanhar 02 incubadoras de leitura em sistema de COMODATO.	1.400	PACOTE	LCB0 33	STERIS	R\$ 58,00	R\$ 81.200,00